


# Infrarotstrahler IRS 2

Medizinprodukt der Klasse IIa – CE0044



Heuser Apparatebau GmbH

Am Schlagbaum 10  
D-42781 Haan

Postfach 3113  
D-42769 Haan

Telefon +49 (0) 21 29-94 03-0  
Telefax +49 (0) 21 29-94 03-33

[www.heuser-haan.de](http://www.heuser-haan.de)  
[info@heuser-haan.de](mailto:info@heuser-haan.de)




## Zweckbestimmung

Behandlung von Patienten in der Physiotherapie mit Infrarotstrahlung

## Ausstattung

- Pulverbeschichtetes Gehäuse aus Stahl-/Aluminiumblech
- Gehäusefarbe weiß/schwarz
- 2 Halogenleuchtmittel à 200 W, die Strahlung im therapeutisch wirksamen Infrarotbereich erzeugen
- 2 Reflektoren, die die Strahlung großflächig und gleichmäßig verteilen
- geprüfte Photobiologische Sicherheit nach DIN EN 62471
- digitale Zeitschaltuhr
- Schutz gegen Berührung der Filterglasscheibe
- Hauptschalter mit Kontrollleuchte
- kompatibel zum Strahlerstativ SST/SSU/SSV
- kompatibel zum Wandarm HWA
- kompatibel zu den Tragsystemen ACROBAT 2000 der Firma Ondal



Technische Änderungen vorbehalten  
Ausgabestand: August 2017

Bestrahlungsfeld

## Technische Daten

Gerät	Anzahl Leuchtmittel	Heizleistung	Außenmaße mm L x T x H	Ausstattung
IRS 2	2	400 W	555 x 365 x 145	Halogen-Leuchtmittel, Berührungsschutzgitter

Technische Änderungen vorbehalten

IRS 2-Halogenstrahler sind zu folgenden Tragsystemen kompatibel:

Tragsystem	Hersteller
Strahlerstativ SST / SSU / SSV	Heuser Apparatebau GmbH
Wandarm HWA	Heuser Apparatebau GmbH
Deckenarm AC2000	Ondal Medical Systems GmbH

